



SZPZLO W B-T  
Zamówienia publiczne  
Wyjaśnienia do SWZ 5/2024/ZP

Warszawa, dn. 29.11.2024 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA**  
**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator postępowania ocids-148610-7febba29-880e-471c-85ff-56031ab25022) 5/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

**Sukcesywne dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

**Pytanie 1**

Poz.37

Prosimy o odpowiedź czy nie zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli 18 G 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml / min; zamiast 18 G 1,3 G x 45 mm przepływ 103 ml / min?

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający ma na myśli 18 G 1,3 x 45 mm przepływ 103 ml / min.***

*Dyrektor*

*SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek*

*Marcin Jakubowski*